

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Үзүүлэлт		Зураг
1	Зориулалт	Согтуурлын зэрэг тогтоогч	
2	Ашиглагдах нөхцөл:	+5 хэмээс +40°C 12 сар тутамд тохиргоо хийх. 500 удаагийн тестийн дараа тохиргоо хийх.	
3	Батарей:	2 ширхэг батарей ордог. - Нэг удаагийн зайгаар ойролцоогоор 1500 тест хийнэ.	
4	Чадамж:	- Химийн нарийн мэдрэгчтэй. - Богино хугцаанд тест хийж үр дүнг гаргана. - Дахин тест хийх хугацаа ВАС=0.50мг/л 15 секунд/ ВАС түвшнөөс хамаарна/ 50 удаагийн тестийн хариуг сануулж болно - Хэрэглэгчийн тохируулгаа өөртөө таруулж болдог	
5	Нарийвчлал:	+25 хэмд ВАС 0.1% үед +/-0.005% +25 хэмд ВАС 1.0% үед +/-0.05% +25 хэмд ВАС 0.50мг/л үед +/-0.025%	
6	Үр дүн:	0.00% - 0..50% ВАС 0.00 мг/л – 0.25 мг/л	
7	Дагалдах хэрэгсэл	2 ширхэг AA зай 6 ширхэг үлээх хошуу - Гарын бүслэвч - Хадгалах сав - Хэрэглэгчийн заавар	
8	Заавар, зөвлөгөө	Хэрэглэгчийн заавартай. ВАС цусан дахь спиртийн концентрац	
9	Зурагт үзүүлсэн загварын согтууруулах ундааны зэрэг тогтоох багажтай дүйцэхүйц буюу үзүүлэлт илүү байж болно.		

Хавсралт №2

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Үзүүлэлт		Зураг
1	Тоо, ширхэг	4	
2	Зориулалт	Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн эсэхийг тандагч багаж.	
3	Ажиллах температур	Ажлын температурын хязгаар:-10 ~ +40°C	
4	Батарей	Цэнэглэдэг зай нь 10 цаг тасралтгүй ажиллах горимтой.	
5	Хэмжилт хийх хугацаа	✓ Хэмжилтийн хугацаа сек : 2 ихгүй ✓ Хэмжилтийн хариу хугацаа сек : 3 ихгүй	
6	Хамгаалалт	Ус, тоос үл нэвтрэх, доргионы хамгаалалттай.	
7	Баталгаат хугацаа	2-3-н жилийн баталгаатай.	
8	Гаднах байдал	Төхөөрөмжийг хамгаалах хайрцагтай.	
9	Үйлдвэрлэсэн улс	Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн байж болно.	
10	Тохиргоо, баталгаажуулалт	Нийлүүлэгч компани нь хугацаатай баталгаажуулалт хийх чадвартай байх. Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулалт хийгдсэн байх.	
11	Багажны өндөр/урт/өргөн	20/60/25cm	
12	Мэдрэгчтэй нь	Дохионы анивчдаг LED гэрэлтэй байх шөнийн цагаар ажиллах боломжтой.	
13	Зурагт үзүүлсэн загварын согтууруулах ундааны тандагчтай дүйцэхүйц буюу үзүүлэлт илүү байж болно.		